

W-10/MC/12/2017
numer sprawy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wytrząsarka laboratoryjna cyfrowa

Charakterystyka:

Ruch orbitalny lub posuwisto zwrotny

Mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy

Amplituda: max. 30 mm

Maksymalne obciążenie platformy: 10 -15 kg

Regulacja obrotów: do 300 obr/min.

Ustawienie czasu pracy: 1min... 99h lub praca ciągła

Cyfrowy wyświetlacz LCD

Platforma umożliwiającą mocowanie uchwytów na różne naczynia laboratoryjne o różnych objętościach oraz na probówki:

- możliwość mocowania uchwytów do kolb: 50 ml (minimum 30 na platformie),
- możliwość mocowania uchwytów do kolb: 100/125 ml (minimum 20 na platformie),
- możliwość mocowania uchwytów na probówki 12-18mm (minimum 60 probówek na platformie).

Możliwość jednoczesnego zamocowania na platformie różnych uchwytów.

Wymagane wyposażenie:

Platforma z otworami do mocowania uchwytów

Mata antypoślizgowa

Stelaż z rolkami mocującymi kolby

Stalowy statyw na probówki o Ø 12-17 mm (ilość potrzebna do umieszczenia min. 60 probówek.)

Uchwyt do kolby Erlenmeyera 50 ml (30 szt.)

Uchwyt do kolby Erlenmeyera 100 ml (20 szt.)

Uchwyt do kolby Erlenmeyera 250-300 ml (10 szt.)